

论证小组成员签到表

项目编号: THZBHB-21094

项目名称: 黄冈市中心医院耳鼻喉科诊疗手术器械及设备 2

序号	姓名	职称 (职务)	工作单位	手机	身份证号码
1.	张冲	教授	华中科技大学	13007188753	420201195804150863
2.	李求白	主任医师	武汉市第五医院	13277948672	420105196301151623
3.	李世清	医师	市卫健委	18872281922	420001196810150415

2021年9月18日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 蔡洪清
	职称: 经济师
	工作单位: 省卫健委
项目信息	项目名称: 黄冈市中心医院耳鼻喉科诊疗手术器械及设备2
	设备名称: (耳鼻喉治疗室系统) 鼓膜治疗仪
	供应商名称: 杭州优内特商贸有限公司
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表述从唯一供应商处采购的理由) 该产品用于治疗各种原因造成的鼓膜内陷、鼓膜振动不良、急性卡他性中耳炎后期、慢性卡他性中耳炎、脉冲气流运动能有效的增加听神经末梢的敏感性,适用于某些中耳性耳鸣及感音性耳聋的恢复期。同时增加疗效。治疗手段。 建议采用单一来源方式采购。 该项目符合《政府采购法》第三十条、《湖北省财政厅关于进一步加强和规范政府采购单一来源采购方式管理的通知》第一款之规定。
专业人员签字	蔡洪清 日期 2021年9月18日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 蔡洪清
	职称: 经济师
	工作单位: 湖北省卫生健康委
项目信息	项目名称: 黄冈市中心医院耳鼻喉科诊疗手术器械及设备2
	设备名称: (耳鼻喉治疗室系统) 鼻腔冲洗器
	供应商名称: 杭州优内特商贸有限公司
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表述从唯一供应商处采购的理由) 该产品采用智能控制技术控制水流大小,将冲洗液送入鼻孔,经鼻前庭、鼻窦、鼻窦、鼻咽部或从一侧鼻孔排出,或从口部排出。通过上述途径,借助于生理性水自身杀菌作用,及水流的冲击力,将鼻腔内致病菌及污物排出,达到治疗目的,并减轻医护人员强度,提高工作效率。 建议采用单一来源方式采购。 说明符合政府采购法第十七条,《湖北省财政厅关于进一步规范和加强政府单一来源采购方式管理的通知》第一条规定。
专业人员签字	蔡洪清 日期 2021年9月18日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 蔡世清	
	职称: 经济师	
	工作单位: 鄂卫健康委	
项目信息	项目名称: 黄冈市中心医院耳鼻喉科诊疗手术器械及设备2	
	设备名称: (耳鼻喉治疗室系统) 耳鸣康复治疗仪	
	供应商名称: 杭州优内特商贸有限公司	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表述从唯一供应商处采购的理由) 该产品为独家耳鸣康复设备。主要用于治疗各种原因引起的传导性耳鸣及感音性耳鸣等症。 建议采用单一来源方式采购。 该采购符合政府采购法实施条例,从湖北省财政厅关于进一步规范和规范政府采购单一来源方式管理的第20条第一款规定。	
专业人员签字	蔡世清	日期 2021年9月18日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李信伟
	职称: 经济师
	工作单位: 市卫健委
项目信息	项目名称: 黄冈市中心医院耳鼻喉科诊疗手术器械及设备2
	设备名称: (耳鼻喉治疗室系统)扁桃体理疗仪(红光+雾化)
	供应商名称: 杭州优内特商贸有限公司
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表述从唯一供应商处采购的理由) 该产品具有纯度高, 光源强, 穿透深, 能量密度均匀等特点, 能使细胞活性提高, 促进炎症消退。雾化部分采用雾化吸入器将药液雾化成微小颗粒, 更易吸附及渗透, 达到无创、迅速治疗目的。 建议采用单一来源方式采购。 该产品符合《政府采购法》第三十一条, 《湖北省财政厅关于进一步加强和规范政府购买单一来源采购方式管理的通知》第一款规定。
专业人员签字	李信伟 日期 2021年9月18日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 张坤	
	职称: 教授	
	工作单位: 华中科技大学同济医学院	
项目信息	项目名称: 黄冈市中心医院耳鼻喉科诊疗手术器械及设备2	
	设备名称: (耳鼻喉治疗室系统) 鼓膜治疗仪	
	供应商名称: 杭州优内特商贸有限公司	
专业人员论证意见	<u>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表述从唯一供应商处采购的理由)</u>	
	该产品主要用于治疗鼓膜内陷、鼓膜振动不良、慢性化脓性中耳炎等,脉冲气体的运动能有效增加听觉神经末梢的感受性,适用于某些中耳性耳鸣及某些感音性耳聋的恢复期。该产品为独家生产产品(已获专利证书),按照《政府采购法》第三十一条《湖北省财政厅关于进一步加强和规范政府采购单一来源方式采购方式管理的通知》第一款第一款规定,该项目满足从唯一供应商处采购条件,建议采用单一来源方式采购。	
专业人员签字	张坤	日期 2021年9月18日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 张辉	
	职称: 教授	
	工作单位: 华中科技大学同济医学院	
项目信息	项目名称: 黄冈市中心医院耳鼻喉科诊疗手术器械及设备2	
	设备名称: (耳鼻喉治疗室系统) 扁桃体理疗仪(红光+雾化)	
	供应商名称: 杭州优内特商贸有限公司	
专业人员论证意见	<u>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表述从唯一供应商处采购的理由)</u> 该产品具有纯度高、光源强、穿透深、能量密度均匀的特点。能让细胞活性提高,促进消除炎症。雾化部分采用雾化吸入器将药液雾化为微小颗粒更易吸咐及渗透,达到无痛迅速治疗目的。该产品为独家产品(已获专利),按用于扁桃体炎以辅助治疗及咽炎治疗。按《政府采购法》第三十一条《湖北省财政厅关于进一步加强和规范政府采购单一来源方式采购管理的通知》第一款第1条规定,该项目满足从唯一供应商处购买条件。 建议采用单一来源方式采购。	
专业人员签字	张辉	日期 2021年9月18日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 张坤	
	职称: 教授	
	工作单位: 华中科技大学同济医学院	
项目信息	项目名称: 黄冈市中心医院耳鼻喉科诊疗手术器械及设备2	
	设备名称: (耳鼻喉治疗室系统) 鼻腔冲洗器	
	供应商名称: 杭州优内特商贸有限公司	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表述从唯一供应商处采购的理由) 该产品采用智能控制技术控制水流大小,将冲洗液送入鼻孔,经鼻前庭、鼻窦、鼻道、鼻咽部或从一侧鼻孔排出或从人口部排出。通过上述路径,借助于生理盐水自身杀菌作用及水流的冲击力,将鼻腔内致病菌及分泌物排出,达到治疗保护鼻腔目的。该款产品为独家产品(已获专利),用于鼻腔手术前后冲洗治疗。 按照《政府采购法》第三十一条《湖北省财政厅关于进一步加强和规范政府采购单一来源采购方式管理通知》第一款第1条规定,该采购项目满足从唯一供应商处采购条件。 建议采用单一来源方式采购。	
专业人员签字	张坤	日期 2021年9月18日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 张坤	
	职称: 教授	
	工作单位: 华中科技大学同济医学院	
项目信息	项目名称: 黄冈市中心医院耳鼻喉科诊疗手术器械及设备2	
	设备名称: (耳鼻喉治疗室系统) 耳鸣康复治疗仪	
	供应商名称: 杭州优内特商贸有限公司	
专业人员论证意见	<u>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表从唯一供应商处采购的理由)</u>	
	该产品拟用于治疗各种原因引起的传导性耳鸣等。该产品为独家生产产品(已获专利)。按照《政府采购法》第三十一条《湖北省财政厅关于进一步加强和规范政府采购单一来源方式采购方式管理的通知》第一款第1条规定,该项目满足单一来源采购条件。 建议采用单一来源方式采购。	
专业人员签字	张坤	日期 2021年9月18日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 秦名梅	
	职称: 主管技师	
	工作单位: 武汉市第五医院	
项目信息	项目名称: 黄冈市中心医院耳鼻喉科诊疗手术器械及设备2	
	设备名称: (耳鼻喉治疗室系统) 鼻腔冲洗器	
	供应商名称: 杭州优内特商贸有限公司	
专业人员论证意见	<u>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表述从唯一供应商处采购的理由)</u> 鼻腔冲洗器用于鼻腔手术前后冲洗治疗, 增加治疗保护鼻腔的目的。该产品为独家生产且已获得专利证书。按照《政府采购法》第三十一条、《湖北省财政厅关于进一步加强和规范政府采购单一来源采购方式管理的通知》第一款第(一)条规定, 该项目满足单一来源采购条件, 建议采用单一来源方式采购。	
专业人员签字	秦名梅	日期 2021年9月18日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李名柏	
	职称: 主管技师	
	工作单位: 武汉市第五医院	
项目信息	项目名称: 黄冈市中心医院耳鼻喉科诊疗手术器械及设备2	
	设备名称: (耳鼻喉治疗室系统) 鼓膜治疗仪	
	供应商名称: 杭州优内特商贸有限公司	
专业人员论证意见	<u>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表从唯一供应商处采购的理由)</u>	
	该产品用于治疗鼓膜内陷, 鼓膜振动不良, 急性卡他性中耳炎后期, 慢性卡他性中耳炎, 增加听觉神经末梢的感受性, 适用于某些中耳性耳鸣及某些感音性耳聋的恢复期。此产品为独家生产且已获得专利证书。根据《政府采购法》第三十一条、《湖北省财政厅关于进一步加强和规范政府采购单一来源采购方式的管理的通知》第一款第四条规定, 该产品满足单一来源采购条件, 建议采用单一来源方式采购。	
专业人员签字	李名柏	日期 2021年9月18日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李多梅	
	职称: 主管技师	
	工作单位: 武汉市第五医院	
项目信息	项目名称: 黄冈市中心医院耳鼻喉科诊疗手术器械及设备2	
	设备名称: (耳鼻喉治疗室系统)扁桃体理疗仪(红光+雾化)	
	供应商名称: 杭州优内特商贸有限公司	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表从唯一供应商处采购的理由) 扁桃体理疗仪集成3.2光治疗,雾化给药功能,3.2光治疗分采用高集成度的进口LED芯片,具有纯度高,光谱强,穿透深,能量密度均匀的特点,主要用于扁桃体的辅助治疗及消炎治疗,该产品为独家生产,且获得专利证书.按照《政府采购法》第三十一条、《湖北省财政厅关于进一步加强和规范政府采购单一来源采购方式管理的通知》第一款之规定,该项目满足单一来源采购条件,建议采用单一来源方式采购.	
专业人员签字	李多梅	日期 2021年9月18日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见


专业人员信息	姓名: 李冬梅	
	职称: 主管技师	
	工作单位: 武汉市第五医院	
项目信息	项目名称: 黄冈市中心医院耳鼻喉科诊疗手术器械及设备2	
	设备名称: (耳鼻喉治疗室系统) 耳鸣康复治疗仪	
	供应商名称: 杭州优内特商贸有限公司	
专业人员论证意见	<u>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表述从唯一供应商处采购的理由)</u> 耳鸣康复治疗仪主要用于治疗各种原因引起的传导性耳鸣等。该产品为独家生产产品且获专利。按照《政府采购法》第三十一条、《湖北省财政厅关于进一步加强和规范政府采购单一来源采购方式管理的通知》第一款第1条规定, 该项目满足单一来源采购条件, 建议采用单一来源方式采购。	
	专业人员签字 李冬梅	日期 2021年9月18日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购论证报告

项目信息	采购项目名称	黄冈市中心医院耳鼻喉科诊疗手术器械及设备 2		
	采购预算金额	24 万元	拟采用采购类型	单一来源采购
	论证时间	2021 年 9 月 18 日 15 时 00 分- / 6 时 37 分		
	拟定供应商	杭州优内特商贸有限公司		
	供应商地址	浙江省杭州市桐庐县县城高家路 289 号 3-02 室		
	请选择该项目所适用的单一来源采购情形： ☑1、只能从唯一供应商处采购； □2、发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的； □3、必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。			
项目建设背景	黄冈市中心医院耳鼻喉科诊疗手术器械及设备，包括（耳鼻喉治疗室系统）扁桃体理疗仪（红光+雾化）、（耳鼻喉治疗室系统）鼻腔冲洗器、（耳鼻喉治疗室系统）耳鸣康复治疗仪、（耳鼻喉治疗室系统）鼓膜治疗仪			
项目基本要求	1、工期要求：合同签订后 30 天内 2、项目具体实施要求：质保期至少 12 个月			
	扁 桃 体 理 疗 仪 技 术 参 数 工作条件 (1) 环境温度范围：+5℃~+40℃ (2) 相对湿度：≤80% (3) 大气压力范围：86.0kpa~106.0kpa (4) 电源：AC 220V 50Hz (5) 输入功率：10W (6) 设备安全分类：I 类 BF 型 (7) 熔断器的额定值：0.1A 主机性能 (1) 红外波长 输出红外光波长 660nm±5%。 (2) 治疗时间 治疗时间 20 分钟、30 分钟两档可调， 误差：±10%。			

鼻腔冲洗器技术参数	
工作条件	(1) 环境温度范围: $+5^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$ (2) 相对湿度: $\leq 80\%$ (3) 大气压力范围: $86.0\text{kPa} \sim 106.0\text{kPa}$ (4) 电源: AC 220V 50Hz (5) 输入功率: 50VA (6) 设备安全分类: I 类 B 型 (7) 熔断器的额定值: 0.5A
主机性能	(1) 工作状态显示 冲洗器工作状态分为运行和停止, 当状态为运行时, 按下相应通道的喷枪有水喷出, 当状态为停止时, 无水喷出。 (2) 工作时间显示 仪器每侧通道单次启动工作时间为 15 分钟, 误差不大于 $\pm 5\%$ 。 (3) 压力输出范围 在主机的控制下压力输出范围为 120kPa-150kPa。
耳鸣康复治疗仪技术参数	
工作条件	(1) 环境温度范围: $+5^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$ (2) 相对湿度: $\leq 80\%$ (3) 大气压力范围: $86.0\text{kPa} \sim 106.0\text{kPa}$ (4) 电源: AC 220V $\pm 22\text{V}$ 50Hz $\pm 1\text{Hz}$ (5) 输入功率: 10W (6) 设备安全分类: I 类 BF 型 (7) 熔断器的额定值: 0.5A
主机性能	(1) 输出频率范围 输出频率在 70~22000Hz, 允许误差 $\pm 20\%$ 。 (2) 声级输出范围 0-115db 连续可调, 输出方式分间断或者连续, 误差范围 $\pm 10\%$; (3) 治疗时间 治疗时间 30 分钟, 误差范围 $\pm 10\%$ 。
鼓膜治疗仪技术参数	
工作条件	(1) 环境温度范围: $+5^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$ (2) 相对湿度: $\leq 80\%$

主机性能	(3) 大气压力范围: 70.0kpa~106.0kpa (4) 电源: AC 220V±22V 50Hz±1Hz (5) 输入功率: 12W (6) 设备安全分类: I 类 BF 型 (7) 熔断器的额定值: 0.2A (1) 气导头单向脉动气体容量: 最大排气量为 9ml±20%。 (2) 气导头单向脉动最大气压值: 不小于 15kpa。 (3) 气导头气体脉动频率 10 次/min-120 次/min; 设定脉动频率误差范围小于±15%; (4) 治疗时间: 0-99min, 任意设定, 定时显示误差范围不大于±10%; (5) 气导头端头噪声应不大于 60dB。 (6) 音乐提示: 治疗结束有音乐提示。
申请单一来源采购理由	只能从唯一供应商处采购
论证专家论证结果	同意黄冈市中心医院耳鼻喉科诊疗手术器械及设备 2 项目采用单一来源采购方式
论证专家签字:  2021 年 9 月 18 日	