

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 范小莲	
	职称: 主任医师	
	工作单位: 黄冈市中心医院	
项目信息	项目名称: 高压氧舱内气控呼吸机、高压氧舱内监护	
	供应商名称及联系电话: 供应商名称: 湖北凯佳医疗器械有限公司 联系电话: 13329919947	
专业人员论证意见	1. 设备参数符合要求。高压氧舱内专用监护仪应包含心电、经皮氧分压、体温、心率、脉率、血压等参数。可在高压氧舱内使用。舱内呼吸机应包含IPPV、IPPB、CPAP、SIMV、手动通气模式, 可在高压氧舱内使用。 目前北京秋实医疗器械有限公司所生产的高压氧舱专用监护仪及呼吸机符合要求。 2. 符合国家标准。 3. 是唯一国内同类产品中有明确标明“在高压氧舱内使用”注册证的专用设备。 4. 经市场调查, 湖北凯佳医疗器械有限公司作为该品牌湖北总代理, 是湖北省唯一合法授权经销商。	
	专业人员签字	范小莲


注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 张红	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 兰州市中心医院	
项目信息	项目名称: 高压氧舱内气控呼吸机、高压氧舱内监护	
	供应商名称及联系电话: 供应商名称: 湖北凯佳医疗器械有限公司 联系电话: 13329919947	
专业人员论证意见	1. 设备参数符合要求。高压氧舱内专用监护仪应包含心电图、经皮氧分压、体温、心率、脉率、血氧饱和度,可以在高压氧舱内使用。舱内呼吸机应包含IPPV、IPPB、CPAP、SIMV、手动通气各模式,可以在高压氧舱内使用。目前此系统满足医学科技有限公司所生产的高压氧舱专用设备,及呼吸机符合要求。 2. 符合国内氧舱安全标准。 3. 是唯国内同类产品中有明确标明“在高压氧舱内使用”的注册证的生产商。 4. 经市场调研,湖北凯佳医疗器械有限公司为该品牌湖北总代理。是唯一授权经销商。	
专业人员签字	张红	日期 2022年9月2日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：王洲羿	
	职称：副主任医师	
	工作单位：黄冈市中心医院	
项目信息	项目名称：高压氧舱呼吸机、高压氧舱内监护	
	供应商名称及联系电话： 供应商名称：湖北凯佳医疗器械有限公司 联系电话：13329919947	
专业人员论证意见	1. 设备参数符合需求。高压氧舱内专用监护仪参数包含心电、经皮氧分压、体温、呼吸、血压等参数。可在舱内急救时使用。呼吸机参数包含 P_{IPV}、P_{IPV}、CPAP、SIMV、S_{ET} 等参数，可在舱内使用。 2. 设备符合国家标准。 3. 是唯一能为舱内急救提供支持的设备。 4. 经市场调研，凯佳医疗器械有限公司为国内唯一合法授权经销商。	
专业人员签字		日期：2022年9月25日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。